



醫療程序須知

簡介

有部份患者會有經常性無故心跳，暈眩，甚至失去知覺。原因之一可能是心律失常。有時基本的檢查未必可診斷症狀是否與心律失常有關。植入式心臟監察儀(以下簡稱監察儀)可探測患者的症狀是否心律失常所引起。它是一個細小的儀器，通常植入病人的左胸壁內。它內附兩個電極，能夠有效地連續監察心跳情況。監察儀的電池壽命一般可維持約三年。

監察儀有助醫生診斷出病人的症狀是否由某類心律失常所引起，從而給予適當的治療。如病人拒絕接受這項手術，可能對你病情的診斷和治療有所延誤。

適應症

因心律失常而有經常性無故心跳，暈眩，甚至失去知覺的患者。

手術 / 程序過程

1. 此手術會在心導管中心或X光室內進行，通常只須局部麻醉。過程中病人是清醒的，但為舒緩緊張情緒，醫生可能處方少量鎮靜劑。
2. 醫生會在左胸壁的皮膚上作一個大約長二厘米的切口。
3. 監察儀會被放置入皮下。
4. 醫生跟著會縫合傷口及蓋上敷料。
5. 手術大約需時二十至三十分鐘。

手術 / 程序前須知

1. 醫護人員會詢問病人的病歷。經醫生解釋後，需簽署手術同意書。
2. 手術前的化驗包括照X光、心電圖及抽血化驗等。
3. 在手術前病人可能需要停用薄血藥，及有需要作抗生素及靜脈輸液。
4. 檢查前要禁食四至六小時。
5. 護士有可能替病人剃除植入部位之毛髮。

手術 / 程序後須知

1. 病人會被送往病房作緊密監察。
2. 護士會經常檢查病人的心跳及傷口。
3. 若發現傷口滲血，應立即通知醫護人員。
4. 除特別指示外，可以恢復進食及飲水。
5. 可能需要服食抗生素及止痛藥。
6. 通常可在手術後一至兩天內出院。
7. 出院前，醫護人員會檢查傷口，並蓋上消毒紗布。請保持傷口清潔，沐浴時請避免弄濕紗布。如紗布被弄濕，請立即更換。
8. 病人可能在手術後一星期或遵醫囑返回醫院進行拆線。
拆線大概二至三天後可除下紗布。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



9. 一週內應避免把受影響手臂高舉過肩膊，手術後一個月內應避免手部進行劇烈運動。
10. 依照醫護人員指示，或參考監察儀製造商資料手冊，以盡量減低周圍環境中的電場或磁場對監察儀的功能所作的干擾。強大的電磁場能影響監察儀。請將監察儀與手提電話相隔最少十五厘米（六吋）。一般家用電器不會影響監察儀。
11. 有些監察儀需要由手控儀器控制紀錄。醫護人員會詳細解釋如何操作。
12. 當監察儀監測到病因後，醫生便可取出監察儀和作出適當的治療。
13. 當監察儀的電池減弱或耗盡時，醫生會將它取出或更換。

風險及併發症

1. 植入監察儀會有一定風險。
2. 併發症(1-2%)包括傷口發炎、傷口血腫及出血、儀器穿出皮外或儀器移位。

其他治療 / 檢查方法

其他的檢查方法包括一般的檢查或電生理檢查。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：植入式心臟監察儀 (4/2019)

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____