

醫療程序須知

簡介

將人工耳蝸裝置植入耳內

適應症

- 成年人及 12 個月以上小童兩側嚴重至深度神經性聽力損失
- 配戴助聽器但效用不大

手術 / 程序過程

1. 切開耳後乳突骨
2. 植入接收器及電極束
3. 四至六星期傷口癒合後連接頭部傳導體及言語處理器

手術 / 程序前須知

1. 告知醫生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，包括中藥及保健食品。
2. 遵從醫護人員指示，在需要時禁食
3. 其他手術前準備或檢查
4. 預期結果
 - 4.1 改善聽覺
 - 4.2 不能完全回復正常聽覺
 - 4.3 植入效果因人而異
 - 4.4 手術後需進行康復訓練以達致最佳成效
5. 手術不能解決的問題
 - 5.1 聽神經或中央聽覺傳導通路損傷引致的耳聾

手術 / 程序後須知

1. 預計在手術後一兩天可出院回家
2. 顱骨 X 光檢查評估電極位置
3. 傷口一般會在一星期後自然癒合
4. 手術後數星期需回院進行植入部件連接及安裝
5. 接下來數月聽力學家會對言語處理器作所需調校，使接收更清晰

「 Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

」

」



風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症
 - 2.1 傷口及植入體感染
 - 2.2 出血及血腫
 - 2.3 進行植入的耳朵喪失剩餘聽覺
 - 2.4 過渡性平衡問題
 - 2.5 耳朵周圍麻痺
 - 2.6 耳鳴
3. 不常見的嚴重風險或併發症
 - 3.1 面部神經受損
 - 3.2 腦膜炎
 - 3.3 由於手術及麻醉的嚴重併發症引致死亡
 - 3.4 植入體失敗
 - 3.5 電極移位及植入物脫出
 - 3.6 味覺轉變
 - 3.7 皮瓣壞死
 - 3.8 置入電極失敗
 - 3.9 腦脊液/外淋巴液耳漏
 - 3.10 延遲膿腫形成
4. 不治療的後果
 - 4.1 言語能力退化
 - 4.2 腦部聽覺中心衰退
 - 4.3 喪失言語能力

其他治療 / 檢查方法

1. 助聽器
2. 其他溝通方式

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：人工耳蝸植入術 (2/2020)

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--