



## 醫療程序須知

### 簡介

電環切除術是利用電熱原理經陰道將有病變的子宮頸組織準確地切除。

### 適應症

子宮頸細胞高度鱗狀表皮病變 (CIN) / 持續低度鱗狀表皮病變 (CIN)。

### 手術 / 程序過程

1. 先用陰道鏡檢查子宮頸及確定病變的位置。
2. 局部或全身麻醉。
3. 用醋酸或碘劑將子宮頸染色，並可能需要拍照以作記錄。
4. 如果進行局部麻醉，會感到少許下腹不適，同時亦會感到心跳加快，這些都是局部麻醉藥之常見反應，並會持續數分鐘。
5. 手術期間，應避免身體移動，以免傷及其他正常組織而引起出血和疼痛。
6. 以一柄通電的電圈手術刀切除子宮頸病變組織。
7. 用球狀電燒器止血，有時需塗上止血藥水（一種啡褐色藥水，術後數日有啡褐色陰道分泌）。
8. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理。

### 手術 / 程序前須知

1. 與醫生商討病情、治療方案、手術利弊、預期效果等，並簽署手術同意書。
2. 如有以下情況，請預先告訴醫生：
  - 2.1 已經或有可能懷孕。
  - 2.2 對藥物或其他物質有過敏反應。
  - 2.3 有出血傾向或正在使用抗凝血劑及其他藥物，以便手術前停用或調校劑量。
3. 請帶備衛生巾以備術後使用。
4. 手術前病者需要除掉身上所有金屬物件，例如：手錶、耳環等。
5. 需排清小便，更換手術袍。

### 手術 / 程序後須知

1. 術後稍作休息，如沒有不適，便可在數小時後由一位成人陪同離開。
2. 手術後之數天，會有少許啡紅色陰道分泌物排出，其後分泌物會逐漸減少變淡。
3. 子宮頸傷口癒合過程大概需時 2-3 個星期。
4. 在手術後的兩星期內，避免劇烈活動或運動。
5. 在手術後的六星期內：
  - 5.1 避免長途旅行
  - 5.2 避免游水
  - 5.3 避免內用衛生棉條
  - 5.4 避免性行為
  - 5.5 避免陰道灌洗
  - 5.6 避免浸浴

<b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--



6. 如果手術後有大量陰道出血，持續腹痛或發燒之症狀，應即時通知主診醫生。
7. 子宮頸病變在切除術後仍有機會復發，所以需繼續定期進行子宮頸抹片檢查，以便及早發現復發之跡象。
8. 部份病人，因其病情需進一步治療及跟進。

### 風險及併發症


1. 麻醉併發症及過敏反應。
2. 手術中或手術後大量陰道出血。
3. 意外地傷及鄰近正常組織例如陰道壁，引起疼痛和出血。
4. 細菌感染引致陰道異常分泌或持續性盆腔疼痛。
5. 病變未能完全地切除。
6. 病變復發 (十分之一，普通)。
7. 次發性出血 (百分之一到二，普通)。
8. 宮頸狹窄 (百分之一到二，普通)。
9. 沒有證據顯示一次性的治療會對將來成孕有負面影響。
10. 將來懷孕早產的機會或會增加。

### 不接受手術的風險

1. 病變持續或惡化，甚至進展為子宮頸癌。
2. 未能肯定診斷。

### 其他治療 / 檢查方法

1. 子宮頸椎形切除術
2. 子宮切除手術



### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

基督教聯合醫院婦產科手術前資料：子宮頸電環切除術 (2018)

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Episode No: \_\_\_\_\_