



医疗程序须知

简介

有部份患者会有经常性无故心跳，晕眩，甚至失去知觉。原因之一可能是心律失常。有时基本的检查未必可诊断症状是否与心律失常有关。植入式心脏监察仪(以下简称监察仪)可探测患者的症状是否心律失常所引起。它是一个细小的仪器，通常植入病人的左胸壁内。它内附两个电极，能够有效地连续监察心跳情况。监察仪的电池寿命一般可维持约三年。

监察仪有助医生诊断出病人的症状是否由某类心律失常所引起，从而给予适当的治療。如病人拒绝接受这项手术，可能对你病情的诊断和治療有所延误。

适应症

因心律失常而有经常性无故心跳，晕眩，甚至失去知觉的患者。

手术 / 程序过程

1. 此手术会在心导管中心或X光室内进行，通常只须局部麻醉。过程中病人是清醒的，但为舒缓紧张情绪，医生可能处方少量镇静剂。
2. 医生会在左胸壁的皮肤上作一个大约长二厘米的切口。
3. 监察仪会被放置入皮下。
4. 医生跟着会缝合伤口及盖上敷料。
5. 手术大约需时二十至三十分钟。

手术 / 程序前须知

1. 医护人员会询问病人的病歷。经医生解释后，需签署手术同意书。
2. 手术前的化验包括照X光、心电图及抽血化验等。
3. 在手术前病人可能需要停用薄血药，及有需要作抗生素及静脉输液。
4. 检查前要禁食四至六小时。
5. 护士有可能替病人剃除植入部位之毛发。

手术 / 程序后须知

1. 病人会被送往病房作紧密监察。
2. 护士会经常检查病人的心跳及伤口。
3. 若发现伤口渗血，应立即通知医护人员。
4. 除特别指示外，可以恢復进食及饮水。
5. 可能需要服食抗生素及止痛药。
6. 通常可在手术后一至两天内出院。
7. 出院前，医护人员会检查伤口，并盖上消毒纱布。请保持伤口清洁，沐浴时请避免弄湿纱布。如纱布被弄湿，请立即更换。
8. 病人可能在手术后一星期或遵医嘱返回医院进行拆线。
拆线大概二至三天后可除下纱布。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



9. 一周内应避免把受影响手臂高举过肩膀，手术后一个月内应避免手部进行剧烈运动。
10. 依照医护人员指示，或参考监察仪制造商资料手册，以尽量减低周围环境中的电场或磁场对监察仪的功能所作的干扰。强大的电磁场会影响监察仪。请将监察仪与手提电话相隔最少十五厘米（六吋）。一般家用电器不会影响监察仪。
11. 有些监察仪需要由手控仪器控制纪录。医护人员会详细解释如何操作。
12. 当监察仪监测到病因后，医生便可取出监察仪和作出适当的治疗。
13. 当监察仪的电池减弱或耗尽时，医生会将它取出或更换。

风险及并发症

1. 植入监察仪会有一定风险。
2. 并发症(1-2%)包括伤口发炎、伤口血肿及出血、仪器穿出皮外或仪器移位。

其他治疗 / 检查方法

其他的检查方法包括一般的检查或电生理检查。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：植入式心脏监察仪（4/2019）

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____

病人签署：_____ 签署日期：_____